

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty, các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm Trang thiết bị y tế năm 2025, nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Ninh Thuận, địa chỉ: Đường Đặng Văn Ngữ, KP 12, Phường Văn Hải, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Văn thư Phòng Tổ chức – Hành chính; số điện thoại: 0259 3820668.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi về Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền Tỉnh Ninh Thuận, địa chỉ: Đường Đặng Văn Ngữ, KP 12, Phường Văn Hải, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 11h ngày 26 tháng 05 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 05 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mời chào giá: Mua sắm Trang thiết bị y tế năm 2025 (Đính kèm phụ lục 1)

2. Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự đính kèm các tài liệu sau:

- Thư chào giá hoặc bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu tại Phụ lục 2
- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan khác của thiết bị y tế.

3. Báo giá theo mẫu báo giá đính kèm: (Đính kèm phụ lục 2)

4. Thông tin khác:

Báo giá phải được niêm phong và ngoài phong bì ghi:


“BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2025”.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận: 


- Như trên;
- TTKSBT (đăng Website ngành)
- Ban LDBV;
- Lưu: VT, TTBVTYT.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Phú Anh Quốc





PHỤ LỤC 1

DANH MỤC MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2025

Đính kèm theo thư yêu cầu báo giá số 342 ngày 13 tháng 05 năm 2025 của Bệnh viện y dược cỏ truyền)

Stt	Tên thiết bị	Cấu hình thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
1	Máy siêu âm điều trị	Thông tin chung: Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2024 trở về sau Cấu hình: - Máy chính: 01 Chiếc - Dây nguồn: 01 Cái - Tay đỡ đầu phát tích hợp nam châm giữ: 01 Cái - Đầu phát siêu âm đa tần 1/3 MHz 5cm2: 01 Cái - Gói phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt: 01 Bộ - Lọ gel 260 gr: 01 Lọ - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 Bộ Thông số kỹ thuật: - Tần số phát cho đầu siêu âm là 1 và 3MHz - Đầu ra liên tục với công suất tối đa là 3W/cm2 - Đầu ra xung với công suất tối đa là 3W/cm2 - Màn hình màu cảm ứng điện dung 7 inch - Thư viện lớn gồm các chương trình đã cài đặt sẵn cho các bệnh thường gặp - Chương trình tự do cho phép người sử dụng đặt các thông số - Khả năng lưu trữ các chương trình/thông số điều trị do người sử dụng đặt - Cảnh báo không tiếp xúc bằng cả âm thanh và hình ảnh - Thời gian điều trị thực nghĩa là đồng hồ bấm giờ sẽ dừng đề phòng sự tiếp xúc không tốt với da - Khả năng tích hợp nhiều loại đầu phát siêu âm khác nhau - Cơ sở dữ liệu bệnh nhân. - Khả năng tạo, lưu các chương trình và chuỗi chương trình. - Nguồn cấp: 115-230V - Tần số sử dụng: 1MHz/3MHz - Tần số xung: 100 Hz với chu kỳ từ 10% đến 100%, 10% mỗi bước chỉnh - Các chế độ đầu ra: xung và liên tục - Cường độ: 0-3W/cm2 chế độ liên tục 0-3W/cm2 chế độ xung - Công suất đầu phát: 1MHz/3MHz, 1 cm2(lựa chọn thêm) 1MHz/3MHz, 5 cm2(tiêu chuẩn) - Với cảnh báo không tiếp xúc, thích hợp cho việc điều trị dưới nước - Thời gian: 0 – 30 phút - Trọng lượng: 2 kg - Kích thước: 22 x 22 x 12,5 cm - Năng lượng đầu vào: 45VA - Mức độ an toàn: Class I-BF type	Máy	01



Stt	Tên thiết bị	Cấu hình thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
2	Máy điện xung điều trị	Thông tin chung: Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2024 trở về sau Cấu hình: - Máy chính: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Adapter: 01 cái - Cáp điện cực đơn AC (2.5m/2 chiếc) - Cáp điện cực YD (2.5m/2 chiếc) - Ống xoắn chống gãy bảo vệ dây điện cực: 10 chiếc - Tấm cách điện: 1 chiếc - Dụng cụ test năng lượng đầu ra: 1 cái - Dây cuốn giữ điện cực cỡ L 120cm: 1 chiếc - Dây cuốn giữ điện cực cỡ M 80cm: 1 chiếc - Dây cuốn giữ điện cực cỡ XS 30cm: 4 chiếc - Bọc điện cực AC: 4 chiếc - Bọc điện cực YD: 8 chiếc - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Thông số kỹ thuật: - Kích thước: Khoảng 300x110x280 mm (Rộng x cao x sâu) - Hiệu điện thế: 100-240V~ - Tần số định mức: 50-60Hz - Công suất tiêu thụ: 50Va - Trọng lượng: khoảng 2.2kg (máy chính) - Thời gian điều trị: cài đặt bằng tay từ 1-99 phút - Hiệu điện thế đầu ra: -5500±500V	Máy	01
3	Máy giao thoa	Thông tin chung: Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2024 trở về sau Cấu hình: - Máy chính: 01 Chiếc - Dây nguồn: 01 Cái - Cáp kích thích điện: 02 Cái - Điện cực 60X40 mm: 04 Cái - Điện cực 60X60 mm: 02 Cái - Điện cực 60X120 mm: 02 Cái - Miếng đệm lót điện cực 60x40mm: 04 Cái - Miếng đệm lót điện cực 60x60mm: 02 Cái - Miếng đệm lót điện cực 60x120mm: 02 Cái - Dây co giãn 50 cm: 02 Cái - Dây co giãn 100 cm: 02 Cái - Cáp phân chia màu đen: 01 Cái - Cáp phân chia màu đỏ: 01 Cái	Máy	01

Stt	Tên thiết bị	Cấu hình thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
		- Cáp cắm 2mm màu đen: 01 Cái - Cáp cắm 2mm màu đỏ: 01 Cái Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 Bộ Thông số kỹ thuật: - Đầu ra : Hai kênh độc lập điều chỉnh riêng biệt các thông số và cường độ dòng điện trên mỗi kênh. - 20 loại dòng điện/ dạng sóng điều trị ứng dụng trong phục hồi chức năng và điều trị đau. - Khả năng tạo mới và lưu các chương trình và chuỗi chương trình do người dùng tạo ra. - Khả năng gọi ngay lập tức chương trình người dùng thiết lập qua mục chọn Favourites. - Dữ liệu bệnh nhân lưu trữ cùng lịch sử điều trị. - Đánh giá mức độ đau cho mỗi bản lưu của bệnh nhân từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc điều trị. Nguồn cấp: 115 - 230 V, 50 - 60 Hz Công suất tiêu thụ: 60VA - Trọng lượng: 3.8 kg - Kích thước (LxWxH): 27x32.8x23cm		
4	Máy châm cứu	Thông tin chung: Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2024 trở về sau Cấu hình: - Máy chính: 01 cái; - Cáp nguồn: 01 cái - Cáp đầu ra: 6 cái - Điện cực dán: 2 cái - Bút dò huyết: 01 cái Thông số kỹ thuật: - Phụ trợ dò tìm huyết trên cơ thể người - Có 5 dạng xung (ứng với các công dụng trị liệu khác nhau) để lựa chọn: Sóng liên tục, Sóng không liên tục, Sóng nén, Sóng dao động lên xuống, Sóng tắt mở. - Tần số xung điện dao động từ 1,2Hz - 55Hz và bề rộng của bước sóng từ 0,6ms --- - Nguồn cung cấp 1 pha 220V / 50Hz hoặc pin 9V - Nguồn đầu vào: ít hơn 20 VA. - 6 kênh đầu ra, kích thích 12 điểm cùng 1 lúc - Điều chỉnh cường độ xung - Chức năng hẹn giờ: Từ 0~60 phút+ 10% - Kích thước: 220 x 170 x 75 mm;	Máy	10
5	Máy châm cứu không dùng kim	Thông tin chung - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Máy	02



Chữ ký

Stt	Tên thiết bị	Cấu hình thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
		Cấu hình: Máy chính: 01 Cặp giác hút chân không: 08 Dây nguồn: 01 Hướng dẫn sử dụng: 01 Thông số kỹ thuật: - Nguồn vào: 220VAC 50/ 60Hz - Công suất nguồn tiêu thụ tối đa: 50W - Kích thước: 40.5cm × 30.9cm × 12.7cm - Trọng lượng: 7 Kg - Tần số đầu ra: 3 ~ 160 Hz - Cường độ dòng tối đa: 39 mA RMS - Độ rộng xung: 50 μs - Chế độ điều trị: hỗn hợp, ngắt quãng và liên tục - Thời gian điều trị: tối đa 60 phút - Áp lực hút tối đa: 230mm/Hg - 04 màn hình Led hiển thị thời gian và tần số - 08 cửa sổ hiển thị năng lượng đầu ra		
6	Máy hiệu ứng nhiệt	Thông tin chung Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2024 trở về sau Cấu hình: Máy chính: 01 Bộ đai bó: 02 Bộ điện cực xung: 02 Dép xung: 01 đôi Gối thuốc bó: 02 Thông số kỹ thuật: Kích thước: (240 x 160 x 84,2) mm Trọng lượng 1 bộ máy: 3,7kg Tạo nhiệt; Có 2 cổng ra nhiệt: A và B dùng phối hợp bột thảo dược Có 2 cổng ra, cổng A & cổng B Nguồn: 220VAC; 50/ 60Hz Điện áp đầu vào: 35VAC – 38VAC Điện áp đầu ra: Chia 3 mức nhiệt độ 3 mức tương ứng + Mức 1: Từ 50oC → 60oC + Mức 2: Từ 61oC → 70oC + Mức 3: Từ 71oC → 75oC - Tạo xung: Có 2 cổng ra xung: X 1 và X 2: là dòng TENS tần số từ 0 đến 1000 Hz Có 2 Cổng ra xung: xung 1 và xung 2 Điện áp đầu vào: 35VAC – 38VAC Điều chỉnh cường độ xung bằng biến trở tuyến tính: từ 18VDC đến 100 VDC + Cổng Xung 1: Dạng xung đơn cực có 6 dạng xung + Cổng Xung 2: Dạng xung lưỡng cực, có 8 dạng xung	Máy	14



PHỤ LỤC 2

MẪU YÊU CẦU BÁO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

Tên công ty:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền Tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ: Đường Văn Ngũ, KP12, P. Văn Hải, TP.PRTC, Tỉnh Ninh Thuận

Theo yêu cầu báo giá số... YCBG-BVYDCT ngày... tháng... năm 2025 của Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền Tỉnh Ninh Thuận, Công ty chúng tôi báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Mã HS	Bảo hành	Năm sản xuất	Hãng/nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá có VAT (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị A											
2	Thiết bị B											
n												
	Tổng cộng											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 2025

3. Địa điểm cung cấp trang thiết bị: Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Ninh Thuận, địa chỉ: Đường Đặng Văn Ngũ, KP 12, phường Văn Hải, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

4. Thời gian giao hàng dự kiến:

5. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

